

Số: 98/TB-TTYT

Vân Đồn, ngày 23 tháng 8 năm 2023

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

### **Về việc đăng tải thông tin nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh và công tác chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn năm 2023**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT - BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 27/7/2023 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc giao dự toán kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị nâng cao năng lực cơ sở y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở y tế năm 2023 ( giai đoạn 2) đợt 2.

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh và công tác chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

#### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn

Địa chỉ: Thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Nghiêm Việt Dũng, chức vụ: Nhân viên khoa Dược-TTB-VTYT

SĐT: 0913.388.295

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Địa chỉ tiếp nhận: Bản báo giá gửi bản mềm và bản scan về địa chỉ email: [khoaduoc@trungtamytevandon.vn](mailto:khoaduoc@trungtamytevandon.vn)

Đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp và gửi qua đường công văn về địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT, thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ ngày 24 tháng 8 năm 2023 đến trước 16h30 ngày 04 tháng 9 năm 2023.**

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 9 năm 2023.

## II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế: chi tiết tại phụ lục 1
  2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại các Trạm Y tế xã, Thị trấn trực thuộc TTYT huyện Vân Đồn
  3. Bảng thông tin chi tiết hàng hóa: theo mẫu tại phụ lục 2 kèm theo
- Rất mong sự hợp tác của Quý công ty, đơn vị.
- Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Trang TTĐT TTYT;
- Lưu: VT, KD.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Huy Tiến**



**PHỤ LỤC 01 : DANH MỤC THIẾT BỊ**

( Kèm theo Thông báo số 98 /TB-TTYT ngày 23/08/2023 của TTYT huyện Vân Đồn )

STT	Cấu hình Trang thiết bị đề xuất	Số lượng	Đơn vị tính
1	<b>Máy Doppler tim thai</b>	10	Máy
	<b>Yêu cầu chung:</b>		
	Máy mới 100%		
	Sản xuất từ năm 2020 trở đi		
	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương		
	<b>Cấu hình kỹ thuật:</b>		
	Máy chính: 01 chiếc		
	Phụ kiện kèm theo		
	Đầu dò FHR: 01 cái		
	Pin 1.5V: 01 cái		
	Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển		
	<b>Tính năng kỹ thuật:</b>		
	Tính năng chung:		
	- Máy được thiết kế với tối thiểu 01 chức năng: theo dõi tim thai (FHR)		
	- Có màn hình LCD hiển thị nhịp tim thai và tình trạng Pin		
	- Tần số đầu dò siêu âm là 2 MHz		
	- Tích hợp loa trên máy		
	- Có chế độ giảm nhiễu để tối ưu hoá chất lượng tín hiệu		
	- Sử dụng Pin		
	Các thông số kỹ thuật:		
	- Khoảng đo tim thai: 50 – 240 nhịp/phút		
	- Độ chính xác: ±2%		
	- Tần số: 2 MHz		
	- Cường độ: < 10 mW/cm <sup>2</sup>		
	- Tích hợp loa với công suất: 1.2W		
2	<b>Bộ dụng cụ tiêu phẫu</b>	5	Bộ
	<b>Yêu cầu chung:</b>		
	Máy mới 100%		
	sản xuất từ năm 2020 trở đi		
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương		
	<b>Cấu hình kỹ thuật:</b>		
	+ Bộ dụng cụ tiêu phẫu bao gồm:		



	+ Cán dao mổ số 3: 01		
	+ Kéo phẫu thuật Metzenbaum, cong, dài 180 mm: 01		
	+ Kéo phẫu thuật Mayo, cong, dài 170 mm: 01		
	+ Nhíp phẫu tích mô, răng 1:2, dài 160 mm: 01		
	+ Nhíp phẫu tích mô, dài 160 mm: 01		
	+ Kẹp mạch máu Crile-Rankin, cong, dài 160 mm: 02		
	+ Kẹp khăn Backhaus, dài 130 mm: 03		
	+ Bánh Farabeuf, bộ 2 cái, dài 120 mm: 01		
	+ Kẹp mang kim Mayo-Hegar, dài 160 mm: 01		
<b>3</b>	<b>Cân sức khỏe có thước đo chiều cao</b>	<b>03</b>	<b>Bộ</b>
	Cấu hình cung cấp:		
	• Cân		
	+ Cấu trúc: cân dạng đứng		
	+ Tải trọng tối đa: $\geq 120\text{kg}$		
	+ Hiện thị bằng đồng hồ cơ, kích thước lớn		
	+ Có núm cân chỉnh về kim về điểm chuẩn 0		
	+ Vạch chia tối thiểu: $\leq 0.5\text{ kg}$		
	+ Độ chính xác: $\pm \leq 0.5\text{ kg}$		
	+ Chất liệu vỏ: sắt sơn tĩnh điện		
	+ Phần đế có chất liệu gang, đảm bảo vững chắc		
	+ Mặt bàn cân hình chữ nhật, kích thước tối thiểu (dài x rộng): xấp xỉ 28 x 40 cm		
	• Thước đo chiều cao		
	+ Phạm vi đo: từ $\leq 70\text{ cm}$ đến $\geq 190\text{ cm}$		
	+ Vạch chia nhỏ nhất: $\leq 0.5\text{ cm}$		
	+ Độ chính xác: $\pm \leq 0.5\text{ cm}$		
	+ Chất liệu thước đo: nhôm		
	+ Thước đo có thể thu gọn lại vào trong khung của cân khi không sử dụng		
	• Trọng lượng tịnh: $\geq 10\text{kg}$ và $\leq 15\text{ kg}$		
<b>4</b>	<b>Máy khí dung</b>	<b>03</b>	<b>Chiếc</b>
	Yêu cầu về cấu hình:		
	+ Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 1 cái		
	+ Dây dẫn khí: 01 cái		
	+ Cốc đựng thuốc: 01 cái		
	+ Xông họng: 01 cái		
	+ Xông mũi: 01 cái		
	Mặt nạ người lớn: 01 cái		
	+ Mặt nạ trẻ em: 01 cái		
	+ Miếng lọc: 03 cái		
	+ Túi đựng: 01 cái		
	+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt: 01 bộ		

<b>5</b>	<b>Bàn khám phụ khoa</b>	<b>04</b>	<b>Cái</b>
	Cấu hình kỹ thuật:		
	+ Khung bàn chính: 01		
	+ Phụ kiện, đỡ chân: 01		
	+ khay đựng nước ối: 01		
	+ Đệm mút: 01		
	Tiêu chuẩn kỹ thuật:		
	+ Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox (SUS304)		
	+ Kích thước khung (DxRxC): 1400 x650x800 ±5mm		
	+ Khung bàn chính: Khung vách làm bằng inox Ø31,8mm, khung lưng và mặt ngồi inox Ø25mm, kích thước mặt ngồi dài 350mm, kích thước lưng dài 965mm. Mặt ngồi và lưng có khung inox bao bọc bằng inox tấm. Phần lưng có cơ cấu nâng chống thanh răng có thể điều chỉnh được góc nâng lưng 0 độ đến 60 độ		
	+ Giá đỡ đùi được làm bằng inox, có thể điều chỉnh được độ cao phù hợp.		
	+ Khay đựng nước ối làm bằng inox		
	+ Đệm mút của bàn dày 50mm được bọc bằng vải giả da chống thấm nước và dễ dàng vệ sinh, đệm mút có độ đàn hồi tốt		
	+ Bàn lắp ráp chắc chắn, dễ dàng thao tác, sử dụng		
	Yêu cầu khác:		
	+ Sản phẩm mới 100%		
	+ Thời gian bảo hành 12 tháng		
<b>6</b>	<b>Bàn khám sản khoa</b>	<b>01</b>	<b>Cái</b>
	Thông số yêu cầu:		
	Vật liệu: inox		
	Kích thước: D1200 x R700 x C750 mm		
	+ Nệm dày 7 cm, bọc simili.		
	+ Mặt bằng tấm dày 0.8 – 1.0 mm		
	+ Có bọc 1 tầng bằng inox.		
	+ Chân bàn làm bằng khung Ø25 dày 1 mm.		
	+ Phía đầu nâng hạ xuống 1 góc 450		
	+ Có 2 thanh gác chân tháo lắp được, di chuyển.		
	+ Có khay ở phần cuối của bàn tạo hình bán nguyệt		
<b>7</b>	<b>Bàn đẻ và làm thủ thuật</b>	<b>01</b>	<b>Cái</b>
	Cấu hình		
	+ 01 Khung bàn chính		
	+ 01 Khung bàn phụ (bàn xe con)		
	+ 01 Phụ kiện, đỡ chân		
	+ 01 Khay đựng nước ối		
	+ 02 Đệm mút		
	Tiêu chuẩn kỹ thuật:		



	+ Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox (SUS304)		
	+ Kích thước khung: (DxRxC): 2100x650x800 ±5mm		
	+ Khung bàn chính: Khung vách làm bằng inox Ø31,8mm, mặt ngồi và lưng làm bằng Ø25x1mm, mặt ngồi kích thước dài 350mm, mặt lưng kích thước dài 965mm. Mặt ngồi và lưng có khung Inox bao bọc bằng inox tấm. Phần lưng có cơ cấu nâng chống thanh răng có thể điều chỉnh được góc nâng lưng 0 đến 60 độ		
	+ Khung bàn phụ (làm bằng Ø25mm, mặt bàn xe con kích thước dài 640mm rộng 550mm): Khung vách làm bằng inox Ø25, bao bọc bằng inox tấm. Mặt bàn xe con có khung inox nâng lên cao bằng mặt ngồi bàn chính và có thể hạ thấp xuống hơn so với mặt bàn chính 90mm và có thể đẩy gọn nằm dưới mặt bàn bằng bánh xe Ø100 và hệ thống con lăn khi không sử dụng		
	+ Giá đỡ đùi được làm bằng inox, có thể điều chỉnh được độ cao phù hợp		
	+ khay đựng nước ôi làm bằng inox		
	+ Đệm mút mặt bàn chính và mặt bàn phụ dày 50mm được bọc bằng vải giả da chống thấm nước và dễ dàng vệ sinh, đệm mút có độ đàn hồi tốt		
	+ Bàn lắp ráp chắc chắn, dễ dàng thao tác.		
	Yêu cầu khác:		
	+ Sản phẩm mới 100%		
	+ Thời gian bảo hành 12 tháng		
<b>8</b>	<b>Xe tiem</b>	<b>01</b>	<b>Cái</b>
	Thông số kỹ thuật:		
	+ Chất liệu: Inox		
	+ Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 65x40x80cm		
	+ Số tầng: 02 tầng.		
	+ Lan can bao quanh: có		
	+ Khung xe: Inox ống φ 25 x 0.8 mm		
	+ Các thanh giằng: Inox ống φ 12 x 0.6 mm		
	+ Mặt bàn: Inox lá dày 0.8mm		
	+ Bánh xe: Bằng cao su φ 50		
<b>9</b>	<b>Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai</b>	<b>03</b>	<b>Bộ</b>
	+ Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134°C		
	+ Chứng chỉ ISO 9001, 13485		
<b>10</b>	<b>Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ</b>	<b>07</b>	
	Tính năng kỹ thuật:		
	+ Vật liệu : Inox		
	+ Loại 40x60 cm		

	+ Hai tầng có lan can		
	+ Cao 0.85 m (luôn bánh xe)		
	+ Mặt Inox		
	+ Lan can ống phi 10		
	+ Có 4 bánh xe		
	Thời gian bảo hành : tối thiểu 12 tháng .		
<b>11</b>	<b>Bàn tiểu phẫu</b>	<b>06</b>	<b>Cái</b>
	Cấu hình cung cấp:		
	+ Bàn tiểu phẫu: 01 cái		
	+ Nệm 02 khúc dày 50mm		
	Tính năng kỹ thuật:		
	+ Kích thước: 1900x600x700mm		
	+ Vật liệu: inox		
	+ Khung và các thanh giằng chân bằng ống phi 25 mm khung đỡ bao mặt bằng ống phi 19mm		
	+ Tấm đệm mặt bàn bằng mút PE bọc vải giả da ép liền trên mặt gỗ dán dày 10mm.		
	+ Bàn có thể điều chỉnh độ cao phần đầu từ 0 đến 45 độ và hạ thấp phần chân từ 0 đến 90 độ bằng hệ thống thanh răng inox dày 3 ly		
	+ Chân bàn có găng đế cao su chống rung		
	+ Bàn có thể tháo rời và lắp ráp dễ dàng		
	+ Toàn bộ bàn được hàn bằng công nghệ hàn Tic và được đánh bóng đạt tiêu chuẩn.		
<b>12</b>	<b>Bàn khám bệnh</b>	<b>05</b>	<b>Cái</b>
	Thông số kỹ thuật:		
	+ Vật liệu chính: Inox 304.		
	+ Kích thước (DxRxC): 1900x600x700(mm).		
	+ Bàn có thể nâng đầu nhiều vị trí qua thanh chống răng cưa.		
	+ Bốn chân bàn làm bằng Inox ống đường kính 32mm; độ dày 01 mm. Có nút cao su chống trầy xước, chống trượt.		
	+ Giằng chân bàn làm bằng Inox ống đường kính 25mm; độ dày 0,8 mm.		
	+ Khung mặt bàn: Inox hộp 25 x 25 x 1mm.		
	+ Mặt bàn bằng Inox tấm độ dày 01 mm; có ốp gân tăng cứng tạo độ phẳng, cứng.		

	+ Đệm dày 5cm bọc da Simily loại 1		
<b>13</b>	<b>Nồi hấp tiệt trùng</b>	<b>02</b>	<b>Chiếc</b>
	Yêu cầu chung		
	Mới 100% Sản xuất từ năm 2020 trở lại - Đạt chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485 và tương đương		
	Tính năng		
	+ Chốt nắp nồi bằng bu-lông (Bolt)		
	+ Vật liệu bằng thép không gỉ chất lượng cao		
	+ Điều khiển tự động Microcomputer , cài đặt tùy chỉnh các thông số khử trùng		
	+ Màn hình kỹ thuật số với nút cảm ứng		
	+ Chức năng bảo vệ tự động: Bảo vệ quá nhiệt, tự xả quá áp, bảo vệ mực nước thấp, chống cháy khô		
	+ Bucket hoặc giỏ bằng thép không gỉ		
	+ Có chuông kêu sau khi khử trùng, tự động dừng		
	+ Tự động làm mát không khí, tự động xả hơi sau khi kết thúc tiệt trùng		
	Thông số kỹ thuật:		
	+ Dung tích: Trên, dưới hoặc = 35 lít		
	+ Công suất: 2.5 kW		
	+ Nguồn điện: AC 220V, 50Hz		
	+ Áp suất thiết kế: 0.25Mpa		
	+ Nhiệt độ thiết kế: 139°C		
	+ Áp suất làm việc: 0.22Mpa		
	+ Nhiệt độ làm việc: 134°C		
	+ Phạm vi nhiệt độ tiệt trùng: 116-134°C		
	+ Phạm vi cài đặt thời gian khử trùng: 4-120 phút		
	+ Thể tích buồng: Ø 300 x 500 mm		
	+ Kích thước bucket: Ø 280 x 400 mm		
	+ Kích thước bên ngoài (sâu x rộng x cao): 400 x 400 x 860 mm		
	+ Kích thước đóng gói (sâu x rộng x cao): 550 x 500 x 1030 mm		
	+ Trọng lượng: 41 kg		
	Cung cấp bao gồm:		
	+ Máy chính		
	+ 01 bucket bằng thép không gỉ		
	+ Tài liệu HDSD		
	Dịch vụ kèm theo		



	+ Vận chuyển tận nơi tại địa điểm sử dụng trên toàn quốc.		
	+ Dịch vụ lắp đặt, vận hành và chạy thử nghiệm thu thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.		
	+ Dịch vụ, đào tạo chuyển giao công nghệ, hướng dẫn quy trình thao tác chuẩn chuẩn theo tiêu chuẩn hãng sản xuất.		
	+ Sản phẩm được bảo hành trong vòng 12 tháng kể từ khi bàn giao đưa vào nghiệm thu. Được miễn phí toàn bộ chi phí phát sinh lỗi do thiết bị.		
	+ Bảo trì miễn phí hệ thống trong thời gian bảo hành.		
<b>14</b>	<b>Bộ dụng cụ khám thai</b>	<b>02</b>	<b>Bộ</b>
	Thông số kỹ thuật:		
	+ Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134°C		
	+ Chứng chỉ ISO 9001, 13485		
<b>15</b>	<b>Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh</b>	<b>05</b>	<b>Cái</b>
	Yêu cầu chung:		
	Sản phẩm mới 100%.		
	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và tương đương		
	Thời gian bảo hành 12 tháng		
	Cấu hình cung cấp:		
	+ Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh: 01 cái		
	+ Đệm bàn: 01 cái		
	Thông số kỹ thuật		
	+ Kích thước: Dài 900mm x Rộng 600mm x Cao 800mm		
	+ Khung bàn và các thanh rãnh chân bàn bằng ống phi 25,1mm		
	+ Mặt bàn bằng tấm inox gấp bo liền		
	+ Lan can bao 3 mặt bằng ống phi 16mm, cao 150mm		
	+ Bộ bánh xe cao su mềm, có khóa hãm.		
	+ Đệm mút bọc giả da dày 50mm		
	+ Kết cấu bàn được hàn liền hoặc tháo rời bằng bu lông inox		
	+ Toàn bộ bàn được hàn bằng công nghệ hàn TIG		
	+ Được cắt, gấp trên máy thủy lực và được đánh bóng đạt tiêu chuẩn		
<b>16</b>	<b>Bàn để dụng cụ</b>	<b>09</b>	<b>Cái</b>

	1. Cấu hình:		
	+ Bàn chính: 01 cái		
	+ Bánh xe : 01 bộ		
	Tính năng kỹ thuật:		
	a. Kích thước (mm): D 1060 x R 420 x C 760		
	b. Kết cấu chung:		
	+ Bàn có kết cấu hàn liền chắc chắn, bàn gồm 2 tầng sàn		
	+ Các sàn bằng inox tấm liền được gấp cạnh và được chèn hộp xung quanh		
	+ Mặt bàn được gấp có gờ xung quanh		
	+ Chân bàn bằng inox hộp, được lắp với 4 bánh xe.		
	+ Toàn bộ bề mặt inox được xử lý đạt độ sáng bóng.		
	d. Thông tin khác:		
	+ Sản phẩm mới 100%.		
	+ Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016.		
<b>17</b>	<b>Bộ khám ngũ quan</b>	<b>09</b>	<b>Bộ</b>
	Cấu hình bao gồm:		
	+ 01 Đầu đèn khám tai, ánh sáng chân không 2.7V		
	+ 01 Đầu đèn khám mắt, ánh sáng XL 2.5V		
	+ 01 Đầu khám mũi		
	+ 01 Gọng dẫn quang cong khám thanh quản		
	+ 01 Cặp gương soi thanh quản số 3 và 4		
	+ 01 Kẹp giữ đầu lưỡi		
	+ 01 Bóng đèn thay thế		
	+ 01 Cán pin trung, dạng không sạc		
	+ 01 Bộ loa soi tai		
	+ 01 Hộp đựng		
<b>18</b>	<b>Tủ đựng thuốc và dụng cụ</b>	<b>03</b>	<b>Cái</b>
	+ Vật liệu chính: Inox , kính dày 3 mm		
	+ Kích thước (RxSxC): 800x400x1600 mm		
	+ Tủ gồm 2 phần:		
	• Phần trên cao 900mm, gồm 02 tầng, có 02 cửa kính trong, có khóa. Có 01 sàn nghiêng.		
	• Phần dưới tủ cao 600mm có 2 cánh cửa Inox mở có khóa. Bên trong được chia làm 2 khoang sử dụng.		

	+ Khung tủ: bằng Inox hộp vuông 25x25mm, dày 0,6mm		
	+ Khung cánh tủ: bằng Inox hộp 20x20mm		
	+ Bao quanh tủ: bằng Inox tấm dày 0,6mm		
<b>19</b>	<b>Bộ dụng cụ đỡ đẻ</b>	<b>02</b>	<b>Bộ</b>
	Thông số kỹ thuật:		
	Kéo thẳng, mũi tù/tù, dài 16.5CM: 1 cái		
	Kéo cắt rốn Mod. USA, dài 10.5CM: 1 cái		
	Panh Rochester Pean, cong, không máu, dài 16CM: 1 cái		
	Thông tiểu nữ, dài 15CM: 1 cái		
	Kìm mang kim Mayo-Hegar, dài 18CM: 1 cái		
	Panh Guyon, cong chữ S, dài 22CM: 1 cái		
	Nĩa có máu, dài 16CM: 1 cái		
	Kẹp Kocher, 1x2 răng, thẳng, dài 18CM: 1 cái		
	Thìa nạo tử cung Sims, thân cứng, đầu rộng, cùn, kích thước 8mm, dài 31CM: 1 cái		
	Thước đo tử cung Sims, dễ uốn, dài 32CM: 1 cái		
	Hộp đựng dụng cụ kích thước 300x200x80MM: 1 cái		
<b>20</b>	<b>Bộ hồi sức trẻ sơ sinh</b>	<b>02</b>	<b>Bộ</b>
	Thông số kỹ thuật;		
	+ Bóng bóp bằng silicone cỡ sơ sinh: 01 cái		
	+ Mặt nạ bằng silicone số 0: 01 cái		
	+ Túi trộn khí Oxy: 01 cái		
	+ Dây dẫn Oxy: 01 cái		
	+ Bánh miệng cỡ 40, 50, 60mm: 01 bộ		
	+ Hộp đựng, vật liệu bằng nhựa: 01 cái		
	+ Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ		
<b>21</b>	<b>Giá treo dịch truyền</b>	<b>19</b>	<b>Cái</b>
	Thông số kỹ thuật:		
	+ Vật liệu chính: Inox 201		
	+ Có thể điều chỉnh chiều cao trong phạm vi 1200 – 1900 mm		
	+ Có khóa hãm để cố định chiều cao.		
	+ Chân giá dịch truyền bằng Inox hộp 25x50x1mm.		



	+ Thân giá dịch truyền bằng Inox ống định hình có độ dày 1mm.		
	+ Có bánh xe để di chuyển		
<b>22</b>	<b>Máy đo đường huyết cá nhân</b>	<b>11</b>	<b>Bộ</b>
	Thông số kỹ thuật:		
	Máy đo đường huyết cá nhân tự động nhận code que		
	Phương pháp đo: điện hóa học		
	Phạm vi thử: 10~600mg/dl (0.56 ~ 33.3mmol/L)		
	Bộ nhớ lưu được 365 kết quả đo		
<b>23</b>	<b>Bóp bóng cấp cứu người lớn dung nhiều lần</b>	<b>12</b>	<b>Cái</b>
	Thông số kỹ thuật:		
	Chất liệu nhựa PVC		
	Thể tích khoảng: + Người lớn: 1500ml ±5%		
	Túi chứa khoảng: + Người lớn: 2500 ml ±5%		
	Dây oxy chất liệu PVC dài khoảng 2m (±5%)		
	Mặt nạ chất liệu PVC, PC hoặc tốt hơn		
	Khoảng chết: khoảng dưới 6ml		
	Trở kháng hít vào, thở ra ≤ 5cm H <sub>2</sub> O tại 50LMP.		
<b>24</b>	<b>Bóp bóng cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần</b>	<b>12</b>	<b>Cái</b>
	Thông số kỹ thuật:		
	Chất liệu nhựa PVC		
	Thể tích khoảng: + Trẻ em 450ml ±5%		
	Túi chứa khoảng: + Trẻ em: 2500 ml ±5%		
	Dây oxy chất liệu PVC dài khoảng 2m (±5%)		
	Mặt nạ chất liệu PVC, PC hoặc tốt hơn		
	Khoảng chết: khoảng dưới 6ml		
	Trở kháng hít vào, thở ra ≤ 5cm H <sub>2</sub> O tại 50LMP.		
<b>25</b>	<b>Đèn khám đặt sàn (đèn gù)</b>	<b>02</b>	<b>Bộ</b>
	Thông số kỹ thuật:		
	+Đèn gù được thiết kế có kết cấu an toàn, chắc chắn, đèn gù dùng để khám bệnh		
	+ Chiều cao đèn 1,7 mét		
	+Dây dẫn điện 2m8 - 3m, vỏ đèn		
	+Vỏ đèn, thân đèn làm bằng inox		

	+ Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ		
	+ Khoảng rộng 30cm + 30cm		
	+ Công suất bóng 40W- 250w Max		
	+Đuôi đèn sử dụng nhiều loại bóng đèn, choá đèn bằng nhôm , chân đế gang		
<b>26</b>	<b>Đèn khám treo trần (đèn clar)</b>	<b>03</b>	<b>Bộ</b>
	Thông số kỹ thuật:		
	+ Đèn Led ánh sáng trắng tuổi thọ cao		
	+ Pin sạc dung lượng cao dùng liên tục >8h mỗi lần sạc, cho phép sạc nhồi		
	+ Gương cầu gom tốt 1cm		
<b>27</b>	<b>Cân trẻ sơ sinh</b>	<b>12</b>	<b>Cái</b>
	Thông số kỹ thuật:		
	+ Cân trẻ sơ sinh có phạm vi đo: 500 g - 20 kg.		
	+ Đĩa nhựa Nhựa PP : (564 x 266 x 80) mm vv		
	+ Mặt số nhựa ABS trắng tuyết		
<b>28</b>	<b>Đèn khám bệnh</b>	<b>06</b>	<b>Cái</b>
	Đặc tính kỹ thuật:		
	+ Nguồn cấp : 220VAC, 50Hz		
	+ Bóng Halogen		
	+ Phổ ánh sáng êm nhẹ		
	+ Đầu đèn có thể bẻ 90 độ		
	+ Cổ đèn có thể xoay các hướng		
	+ Nhiệt độ màu: 3600K		
	+ Cường độ sáng: $\geq 20.000$ Lux		
	+ Tuổi thọ: Khoảng 2000 giờ		

## PHỤ LỤC 2 BẢO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, chúng tôi... ( ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ họ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

( Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày...tháng...năm...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.



- Những thông tin nêu trong báo giá trung thực.

..., ngày...tháng...năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(ký tên, đóng dấu(nếu có))