

Số: 128/TB-TTYT
V/v báo giá vật tư y tế, khí y tế,
hóa chất sinh phẩm xét nghiệm
năm 2025-2026

Vân Đồn, ngày 16 tháng 5 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp Vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

- Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn
- Địa chỉ: Thôn 12, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lê Thị Ly; Nhân viên Khoa Dược-TTB-VTTYT-Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn; SĐT: 0985261010 ; Địa chỉ: Thôn 12, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đề nghị các tổ chức/ cá nhân có khả năng cung cấp hàng hóa dưới đây báo giá cung cấp các thông tin về hàng hóa và các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại, phân nhóm của hàng hóa như theo phụ lục đính kèm (*Giá báo là giá hàng hóa mới 100%, đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác, giao hàng tại bộ phận Dược Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn*).

- Bản cứng báo giá và các tài liệu liên quan đơn vị gửi về địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTTYT Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn.

- Đơn vị gửi báo giá bản scan kèm theo (bản word hoặc bản excel) và các tài liệu liên quan đến hàng hóa vào địa chỉ email: khoaduoc@trungtamytevandon.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 ngày 16 tháng 5 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 26 tháng 5 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa : *Theo danh mục Phụ lục I đính kèm.*

2. Đại điểm giao hàng: Khoa Dược-TTB-VTYT – Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Thực hiện cung ứng hàng hóa đảm bảo chất lượng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.

- Đáp ứng cung ứng đột xuất trong vòng 48 giờ

- Thu hồi hàng hóa đã giao trong trường hợp không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền. Nhà thầu có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu trong vòng 03 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

+ Không tạm ứng

+ Hình thức: Chuyển khoản

+ Số lần thanh toán: Thanh toán nhiều lần theo từng đợt giao hàng (trong vòng 90 ngày sau khi chủ đầu tư nhận đầy đủ hàng hóa cùng các chứng từ hợp lệ).

5. Các thông tin khác (nếu có).

Đơn vị cung cấp báo giá theo mẫu tại Phụ lục II, điền đầy đủ thông tin của hàng hóa theo mẫu và các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật và các thông tin khác của hàng hóa.

Kính mong các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực kinh nghiệm quan tâm báo giá về Trung tâm theo các thông tin, yêu cầu nêu trên. Trung tâm xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&GDSK (đăng tải thông báo);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huy Tiến

PHỤ LỤC I

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ THẦU

(Kèm theo thư mời báo giá số: 128 /TB-TTYT ngày 16/5/2025 của TTYT huyện Vân Đồn)

Stt	Tên hàng hóa	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Kit tách DNA/RNA tự động	-Dùng để tách DNA và RNA của bệnh lý như vi khuẩn, vi rút từ máu tươi/ đông, huyết thanh, huyết tương, dịch cơ thể, nuôi cấy virus, tế bào, mô và phân. Sử dụng công nghệ hạt từ để tách DNA/RNA. DNA/RNA dễ dàng bám vào hạt từ và giải phóng sử dụng các đệm tương thích	Hộp	5	
2	Bộ kit tách chiết thủ công DNA/RNA	"Đóng gói 32 test/hộp Thành phần gồm: - Dung dịch đệm L: Muối Guanidin 1x8 mL - Dung dịch đệm WA: Muối Guanidin 1x9 mL - Dung dịch đệm WB: H ₂ O 1x6 mL - Dung dịch đệm TE: Tris, EDTA 1x1.7 mL - Proteinase K: 1x375 µL - Cột quay: 32 chiếc - Ống thu (2mL): 32 chiếc Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016"	Hộp	1	
3	Thuốc thử xét nghiệm định lượng axit deoxyribonucleic (DNA) của virus viêm gan B	"Đóng gói 32 test/hộp Thuốc thử và thành phần: - Nội kiểm: Trình tự DNA nội kiểm: 1x350µL - Hỗn hợp phản ứng: Tris-HCl, KCl, MgCl ₂ , dNTP, mỗi, đầu dò huỳnh quang: 1x680µL - Hỗn hợp enzyme: Taq polymerase, Uracil-N-Glycosylase (UNG): 1x18µL - Kiểm soát dương tính cao: Huyết thanh HBV bất hoạt: 1x0.5mL - Kiểm soát dương tính thấp: Huyết thanh HBV bất hoạt: 1x0.5mL - Đối chứng âm tính: Huyết thanh không HBV bất hoạt: 1x0.5mL	Hộp	1	

		- HBV Calibrator 1: Huyết thanh bất hoạt có (1.0 - 5.0) x 10³ IU/mL HBV DNA: 1x0.5mL - HBV Calibrator 2: Huyết thanh bất hoạt có (1.0 - 5.0) x 10⁴ IU/mL HBV DNA: 1x0.5mL - HBV Calibrator 3: Huyết thanh bất hoạt có (1.0 - 5.0) x 10⁵ IU/mL HBV DNA: 1x0.5mL - HBV Calibrator 4: Huyết thanh bất hoạt có (1.0 - 5.0) x 10⁶ IU/mL HBV DNA: 1x0.5mL Phạm vi tuyến tính: Giới hạn phát hiện của Bộ xét nghiệm PCR định lượng virus viêm gan B Promotor® HBV là 20 IU/mL; Khoảng tuyến tính là 50 IU/mL - 5.0 x 10⁸ IU/mL. Sự chính xác: Tất cả các mẫu đều được phát hiện 100% và quá trình xử lý khuếch đại của chúng đồng đều và mịn. Độ nhạy: 100%. Kiểu gen: HBV A-H. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016"			
4	Đầu típ 20µl có lọc tiệt trùng	"Đặc trưng: - 100% nhựa PP nguyên chất, độ trong suốt cao; - Vô trùng, không chứa Dnase & RNase, không gây sốt; - Thiết kế phù hợp phổ quát để phù hợp với gần như tất cả các pipet đơn và đa kênh như Eppendorf, Gilson, Rainin, Biohit, Brand, Finpipette v.v.. - Thẻ tích hút mẫu tối đa 20µl - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016"	Hộp	10	
5	Đầu típ 100µl có lọc tiệt trùng	"Đặc trưng: - 100% nhựa PP nguyên chất, độ trong suốt cao; - Vô trùng, không chứa Dnase & RNase, không gây sốt; - Thiết kế phù hợp phổ quát để phù hợp với gần như tất cả các pipet đơn và đa kênh như Eppendorf, Gilson, Rainin, Biohit, Brand, Finpipette v.v.. - Thẻ tích hút mẫu tối đa 100µl - Tiêu chuẩn chất lượng ISO	Hộp	10	

		13485:2016"			
6	Dài 8 ống real time PCR 0.2ml	"Dài 8 ống real time PCR tube 0.2ml - Thể tích 0.2ml - Được sản xuất từ polypropylene nguyên chất chắc chắn, độ trong để kiểm tra trực quan tốt hơn. - Được thiết kế để phù hợp tối ưu với tất cả các máy luân nhiệt thường được sử dụng. - Tường siêu mỏng cho phép truyền nhiệt chính xác - Nắp có cạnh vát thoải mái khi đóng mở - Đậy nắp chính xác để giảm tốc độ bay hơi trong quá trình bảo quản - Có thể hấp tiệt trùng - Không chứa RNase/DNase, không chứa Pyrogen - Đóng gói: 125 thanh/hộp (8 cái/thanh) - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016"	Hộp	1	
7	Ống Falcon 15ml	"Thể tích 15ml Chất liệu PP, có nắp vặn PP kèm theo Vạch chia độ và khu vực viết có khả năng kháng dung môi. Có sẵn với đế hình nón, tròn hoặc đứng tự do. Có thể chọn mũ màu khác nhau Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016"	Túi	1	
8	Bộ kit xử lý mẫu đờm	Sử dụng để đồng nhất và xử lý mẫu ở dạng dịch đặc như đàm, mủ trước khi tách chiết mẫu bệnh phẩm hoặc khi định tính Mycobacterium tuberculosis bằng kỹ thuật real-time PCR	Bộ	3	
9	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Vitamin B12, Ferritin, Folate, β CTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Calcitonin	Mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ.	Hộp	1	

Tổng cộng : 09 mặt hàng

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Thông báo số 128 /TB-TTYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn)

MẪU BẢNG CHÀO GIÁ

Thông tin của đơn vị báo giá

(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của ... (ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá), chúng tôi... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ họ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

[illegible]

n	...													
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế, nhà thầu nêu rõ các tiêu chuẩn sản phẩm đạt được và tài liệu chứng minh (nếu có)))

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày...tháng...năm...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá trung thực.

..., ngày...tháng...năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp ⁽¹²⁾

(ký tên, đóng dấu(nếu có))