

Số: 152/TB-TTYT
V/v Mua hóa chất xét nghiệm
dùng cho máy REAL TIME PCR

Vân Đồn, ngày 30 tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự kiến mua hóa chất xét nghiệm dùng cho máy REAL TIME PCR với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn; Địa chỉ: Thôn 12, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lê Thị Ly; Nhân viên Khoa Dược-TTB-VTYT-Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn; SĐT: 0985261010 ; Địa chỉ: Thôn 12, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đề nghị các tổ chức/ cá nhân có khả năng cung cấp hàng hóa dưới đây báo giá cung cấp các thông tin về hàng hóa và các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại, phân nhóm của hàng hóa như theo phụ lục đính kèm (*Giá báo là giá hàng hóa mới 100%, đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác, giao hàng tại bộ phận Dược Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn*).

- Bản cứng báo giá và các tài liệu liên quan đơn vị gửi về địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn.

- Đơn vị gửi báo giá bản scan kèm theo (bản word hoặc bản excel) và các tài liệu liên quan đến hàng hóa vào địa chỉ email: khoaduoc@trungtamytevandon.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 ngày 30 tháng 6 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 09 tháng 7 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn có nhu cầu Mua hóa chất xét nghiệm dùng cho máy REAL TIME PCR như sau: (Phụ lục I đính kèm).

2. Đại điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản hàng hóa: Khoa Dược-TTB-VTYT – Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng thành nhiều đợt theo yêu cầu của Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn.

- Thực hiện cung ứng hàng hóa đảm bảo chất lượng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.

-Đáp ứng cung ứng đợt xuất trong vòng 48 giờ

- Thu hồi hàng hóa đã giao trong trường hợp không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền. Nhà thầu có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu trong vòng 03 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

+ Không tạm ứng

+ Hình thức: Chuyển khoản

+ Số lần thanh toán: Thanh toán nhiều lần theo từng đợt giao hàng (trong vòng 90 ngày sau khi chủ đầu tư nhận đầy đủ hàng hóa cùng các chứng từ hợp lệ).

5. Các thông tin khác (nếu có).

Đơn vị cung cấp báo giá theo mẫu tại Phụ lục II, điền đầy đủ thông tin của hàng hóa theo mẫu và các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật và các thông tin khác của hàng hóa.

Kính mong các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực kinh nghiệm quan tâm báo giá về Trung tâm theo các thông tin, yêu cầu nêu trên. Trung tâm xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&GDSK (đăng tải thông báo);
- Lưu: VT, KD.



Nguyễn Huy Tiến



PHỤ LỤC I

(Kèm theo Thông báo số 152/TT-TT-KD ngày 30/6/2025 của TTYT huyện Vân Đồn)

Stt	Tên hàng hóa	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Thuốc thử xét nghiệm định lượng vi rút gây ung thư cổ tử cung ở người (HPV)	"Đóng gói 32 test/hộp Thành phần gồm: - Ly giải axit nucleic: NaCl 0.2M, 50mM Tris-HCl(pH 8.0), 1% 2-Mercaptoetanol, 5%Chelex-100: (1x1.8ml) - Hỗn hợp phản ứng HPV 18HR 1: Tris-HCl,(NH ₄) ₂ SO ₄ KCl, MgCl ₂ , dATP, dTTP, dCTP, dGTP, dUTP, enzyme UNG, Taq polymerase và kháng thể: (1x1.2ml) - HPV 18HR Reaction Mix 2: Môi và đầu dò huỳnh quang HPV 16,18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73 và 82, môi và đầu dò huỳnh quang β-globin: (1x70 µl) - Đối chứng dương tính HPV 18HR: DNA tái tổ hợp HPV 16/18/52 được pha loãng bằng DNA bộ gen người: 1x100 µL - HPV 18HR Đối chứng âm tính: DNA bộ gen người: 1x100 µL Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016"	Hộp	1	
2	Thuốc thử xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn lao mycobacterium trong đờm của người	"Đóng gói 32 test/hộp Thành phần gồm: - Ly giải axit nucleic: 0.5%Triton-100, 5%Chelex-100: 1x1.8 mL - Nội kiểm: Trình tự DNA nội kiểm: 1x150 µL - Hỗn hợp phản ứng: Tris-HCl, KCl, MgCl ₂ , dNTP, môi, đầu dò huỳnh quang:	Hộp	1	

		1x1.2 mL - Hỗn hợp enzyme: Taq Polymerase và kháng thể: 1x14 µL - Kiểm soát dương tính: Vi khuẩn không hoạt động với trình tự đích: 1x100 µL - Đối chứng âm tính: đệm TE: 1x100 µL Giới hạn phát hiện: 10 vi khuẩn trên mỗi mL. Tất cả các lần lặp lại đều được phát hiện 100% và kết quả có độ tái lập tốt. Giá trị CV là <5%. Kiểu gen: Mycobacteria Bệnh lao, Mycobacteria Bovis, Mycobacteria Microti và Mycobacteria Africanum. Độ nhạy và độ đặc hiệu: Tỷ lệ trùng khớp dương = 99.43% Tỷ lệ trùng khớp âm = 100% Tổng tỷ lệ trùng khớp = 99.61% Khoảng tin cậy 95%. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016"			
3	Thuốc thử xét nghiệm định lượng axit deoxyribonucleic (DNA) của virus viêm gan B	"Đóng gói 32 test/hộp Thuốc thử và thành phần: - Nội kiểm: Trình tự DNA nội kiểm: 1x350µL - Hỗn hợp phản ứng: Tris-HCl, KCl, MgCl₂, dNTP, môi, đầu dò huỳnh quang: 1x680µL - Hỗn hợp enzyme: Taq polymerase, Uracil-N-Glycosylase (UNG): 1x18µL - Kiểm soát dương tính cao: Huyết thanh HBV bất hoạt: 1x0.5mL - Kiểm soát dương tính thấp: Huyết thanh HBV bất hoạt: 1x0.5mL	Hộp	3	

		- Đối chứng âm tính: Huyết thanh không HBV bất hoạt: 1x0.5mL - HBV Calibrator 1: Huyết thanh bất hoạt có (1.0 - 5.0) x 10³ IU/mL HBV DNA: 1x0.5mL - HBV Calibrator 2: Huyết thanh bất hoạt có (1.0 - 5.0) x 10⁴ IU/mL HBV DNA: 1x0.5mL - HBV Calibrator 3: Huyết thanh bất hoạt có (1.0 - 5.0) x 10⁵ IU/mL HBV DNA: 1x0.5mL - HBV Calibrator 4: Huyết thanh bất hoạt có (1.0 - 5.0) x 10⁶ IU/mL HBV DNA: 1x0.5mL Phạm vi tuyến tính: Giới hạn phát hiện của Bộ xét nghiệm PCR định lượng virus viêm gan B Promotor® HBV là 20 IU/mL; Khoảng tuyến tính là 50 IU/mL - 5.0 x 10⁸ IU/mL. Sự chính xác: Tất cả các mẫu đều được phát hiện 100% và quá trình xử lý khuếch đại của chúng đồng đều và mịn. Độ nhạy: 100%. Kiểu gen: HBV A-H. Tiêu chuẩn chất lượng			
4	Đầu típ 1000µl có lọc diệt trùng	"Đặc trưng: - 100% nhựa PP nguyên chất, độ trong suốt cao; - Vô trùng, không chứa Dnase & RNase, không gây sốt; - Thiết kế phù hợp phổ quát để phù hợp với gần như tất cả các pipet đơn và đa kênh như Eppendorf, Gilson, Rainin, Biohit, Brand, Finpipette v.v.. - Thẻ tích hút mẫu tối đa	Hộp	10	

		1000 μ l - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016"			
5	Ống Eppendorf 2ml	"Ống ly tâm dung tích nhỏ 2.0ml, chia vạch, đáy tròn. Không có Dnase/ Rnase, mức nội độc tố nhỏ hơn 0.1 EU. Có cả ống vô trùng và không vô trùng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016"	Túi	02	

Tổng cộng : 05 mặt hàng

(Kèm theo Thông báo số 152/TB-TTYY ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Văn Đồn)

Thông tin của đơn vị báo giá

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn

1. Bảo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

[illegible]

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế, nhà thầu nêu rõ các tiêu chuẩn sản phẩm đạt được và tài liệu chứng minh (nếu có)))

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày...tháng...năm....

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá trung thực.

..., ngày...tháng...năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp ⁽¹²⁾

(ký tên, đóng dấu(nếu có))